PCR protocol

Sheet ID PS_06978
Release date : 11/08/2016
Print date : 11/8/2016

RBRC 00958 **Strain name** B6;129P2-Stat6<tm1Aki>/AkiRbrc

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	primer A	TCACTGGGGGACCGGATCCGGGATCTT	27		Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49, 3387-3394 (2008).
2	primer B	GCGCTCAGCTCGGGCCTACACACATTA	27		Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49, 3387-3394 (2008).
3	Neo_F2	GACCGACCTGTCCGGTGCCCTG	22		RIKEN BRC

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		1.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	180	* *Repeat for 30 cycles

Standard PCR



Marker

1 kb DNA ladder (Invitrogen, Cat. 15615-024)

Gel

1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products

primer_set		product_size	product
primer 1	primer 2	1,308 bp	WT
primer 2	primer 3	1.9 kb	KO

Comment Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.