PCR protocol

Sheet ID PS_05441
Release date : 7/8/2014
Print date : 7/8/2014

RBRC 01347 Strain name B6.DB-Tg(CAG-floxed Neo-DT)03Osb

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1		GCTCTAGAGCCTCTGCTAACC	21		Depositor's primer
2	DT3'	CTACATAACCAGGTTTAGTCCCG	23		Biochem. Biophys. Res. Commun. 321, 275–279 (2004).
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24		JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25		JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme: TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		0.6			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
primer 4	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.4			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	180	* *Repeat for 30 cycles



Marker

1 kb DNA ladder (Invitrogen, Cat. 15615-024)

Gel

1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products

primer_set		product_size	product
primer 1	primer 2	ca. 2,000 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.

PCR protocol

Sheet ID PS_00588
Release date : 9/19/2006
Print date : 7/8/2014

RBRC 01347 Strain name B6.DB-Tg(CAG-floxed Neo-DT)03Osb

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	DT5'	GCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTC	30		Depositor's primer
2	DT3'	CTACATAACCAGGTTTAGTCCCG	23		Depositor's primer
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25	Internal control (IL-2)	JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme: TaKaRa LA Taq with GC buffer (Cat. No. RR02AG)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		2.8			
PCR buffer	2 X GC I	10.0			
dNTP	2.5 mM	2.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
primer 4	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq		0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	180	
2	94	30	*
3	60	30	*
4	72	60	* *Repeat for 30 cycles
5	72	300	



Marker

100 bp ladder (Invitrogen, Cat. 15628-050)

Gel

2% agarose in 1 X TAE (100 V, 35 min)

PCR products

primer_set		product_size	product
primer 1	primer 2	1100 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment